

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Мікрокувета гемоглобінова (61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання); 33690000-3 Лікарські засоби різні за ДК 021:2015, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КРОВІ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – КНП «ЧОЦК» ЧОР), адреса: 14005, Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Пирогова, буд. 13, код ЄДРПОУ:02006886.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Мікрокувета гемоглобінова (61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання); 33690000-3 Лікарські засоби різні за ДК 021:2015.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, ID: UA-2025-08-14-007902-a

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Відповідно до бюджетної програми КПКВК 0712060 «Створення банків крові та її компонентів»

Очікувана вартість предмета закупівлі: 264 050, 00 грн.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі:

- враховувалась Примірня методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами;
- було здійснено аналіз ринку за допомогою запиту комерційних пропозицій. На основі отриманих офіційних комерційних пропозицій 14 серпня 2025 року від ТОВ «Лабікс», ТОВ «Компоненти ТІ» та ТОВ «Діалог Діагностикс» було зроблено аналіз цін.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики визначено відповідно до особливостей та специфіки роботи КНП «ЧОЦК» ЧОР, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі, якість товару обумовлена вимогам до відповідності державним нормам та стандартам, що діють на Україні на момент постачання товару.

Загальні вимоги:

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі своїх тендерних пропозицій відкритих торгів в електронному (сканованому) вигляді наступні документи, які підтверджують відповідність тендерних пропозицій учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме:

1. Медичні вироби повинні бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога засвідчується **гарантійним листом**

про надання при постачанні разом з товаром копій декларацій або копій документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно до вимог Технічного регламенту затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753 або Технічного регламенту затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 754 (у разі, якщо запропонований товар не підлягає декларуванню або проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог Технічного регламенту, учасник повинен надати при постачанні разом з товаром лист-пояснення, у якому буде міститися обґрунтування щодо відсутності декларації відповідності або документів, що підтверджують можливість застосування товарів за результатами проходження процедури оцінки відповідності).

2. На товар, що пропонується учасником, при постачанні разом з товаром повинні бути надані копії інструкцій (керівництва) по застосуванню, або копії технічних паспортів (сертифікатів якості), або інший технічний документ виробника українською мовою (учасник повинен надати гарантійний лист).

3. Технічні та якісні характеристики, форма випуску, упаковка товару повинні відповідати таким, що вказані в тендерній документації. У випадку якщо учасником у складі тендерної пропозиції запропоновано еквівалентні товари, то на такі товари наявність еквівалентності повинна бути підтверджена наданням детальної порівняльної характеристики (по всім основним параметрам та характеристикам) запропонованого учасником товару та товару, що визначений в цій Специфікації, а також копією інструкції з використання і сертифікату (паспорту) якості на товар, що запропонований учасником. Еквівалентність визначається замовником.

4. У разі необхідності замовник має право до укладення договору про закупівлю вимагати надання по одному зразку товару, що пропонується до постачання, для оцінювання замовником його відповідності до вимог щодо технічним та якісним характеристикам (учасник повинен надати гарантійний лист). Ненадання зразків товару на вимогу замовника протягом п'яти днів з дати такої вимоги буде вважатися порушенням умов тендерної документації, що в свою чергу призведе до відхилення тендерної пропозиції учасника.

5. Залишковий термін придатності товарів на момент постачання повинен складати не менше 85% загального терміну їх зберігання, встановленого в інструкції по використанню (учасник повинен надати гарантійний лист про залишковий термін придатності).

6. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання і транспортування запропонованих товарів, та у разі необхідності, із забезпеченням умов «холодового ланцюга» відповідно до вимог, які вказані в інструкції виробника запропонованого товару (учасник повинен надати гарантійний лист про забезпечення належних умов зберігання і транспортування товарів).

7. Запропоновані товари повинні відповідати вимогам із захисту довкілля (учасник повинен надати гарантійний лист про дотримання вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля).

8. У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати заповнену Таблицю 1 щодо відповідності запропонованого товару медико-технічним вимогам:

Таблиця 1

Найменування товару*	Медико-технічні вимоги*	Відповідність (так/ні)
Мікрокувета гемоглобінова	Мікрокувета гемоглобінова використовуються для визначення рівня гемоглобіну азидметгемоглобіновим методом. Мікрокувета повинна містити реагент та бути готовою до використання. Адаптовано для аналізатора вимірювання рівня гемоглобіну Hemo Control. Кількість мікрокувет в 1 наборі – 50 штук.	

* У разі наявності посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – читати з виразом «або еквівалент» (таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент»). Таке посилання є необхідним, оскільки за своїми технічними характеристиками саме цей товар є таким, що оптимально відповідає потребам замовника, та буде використовуватись з уже наявним відкаліброваним медичним (лабораторним) обладнанням, а тому дуже важливо для сумісності із таким обладнанням чітко дотримуватись зазначених технічних вимог.

Економіст з планування,
уповноважена особа із закупівель



Вікторія ГЛАДИЩУК